Приложение 2 к документации о запросе предложений
№ 0161/19/4.3/0027813/ПолГП/К//Э/15.04.2019

Таблица А к техническому заданию

№ п/п	Наименование Товара	Тип/Марка	Производитель	Технические характеристики	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6
1	cobas u pack (400 strips) Кассета с тест-полосками cobas u pack для автоматического анализатора мочи, 06334601001	Cobas	«Roche Diagnostics GmbH», Германия	Кассета с тест-полосками, с радиометкой RFID (радиочастотная идентификационная метка, содержит уникальный идентификационный номер, стабильность, срок годности, номер партии, текущее количество тест-полосок). Содержит 400 тест-полосок для качественного и полуколичественного определения параметров мочи. Поставляется в герметичной упаковке. Пластиковая кассета содержит 20 рядов по 20 тест-полосок. Фасовка: 400 шт. в упаковке	упак.
2	cobas u cuvette Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701, 06390552001	Cobas	«Roche Diagnostics GmbH», Германия «Roche Diagnostics GmbH Centralised and Point of Care Solutions», Германия «77 ELEKTRONIKA Müszeripari Kft.», Венгрия	Кассета с радиометкой RFID (радиочастотная идентификационная метка содержит уникальный идентификационный код, дату производства, номер лота, текущее количество кювет). Содержит 400 кювет для микроскопического анализа. Фасовка: 400 шт. в упаковке.	упак.
3	Waste box carton, 30 pcs Картонная коробка, 30 шт., 06390544001	Cobas	«Roche Diagnostics GmbH», Германия «Roche Diagnostics GmbH Centralised and Point of Care Solutions», Германия «77 ELEKTRONIKA Müszeripari Kft.», Венгрия	Бумажный контейнер для сброса использованных кювет. Емкость контейнера расчитана на 400 кювет. Фасовка: 30 шт. в упаковке.	упак.
4	Deproteinizer Раствор для антисептики, 03110435180	Cobas	«Roche Diagnostics GmbH», Германия	Раствор предназначен для промывки гидравлической системы. Упаковка 1 пластиковая бутылка 125 мл.	шт
5	Liquichek Urinalysis Control Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль"Общий Анализ Мочи", 04537211001	Cobas	«Bio-Rad Laboratories», США	Контрольный материал предназначен для использования в качестве контрольной мочи для проверки точности методик анализаторов, использующих тест-полоски и микроскопию. Упаковка 12 фл.х 12 мл (6 флаконов для каждого из уровней).	упак.