Участникам запроса предложений
№ 0161/19/4.3/0067366/ПолГП/ЗП//Э/31.10.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О внесении изменений
в Документацию о запросе предложений

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 1.7.8 Документации о запросе предложений ОКДЦ ПАО "Газпром" извещает вас о внесении изменений в Техническое задание.

1. В Таблице А изменено описание наименования позиции №22 на

№ п/п	Наименование	Марка/производитель	Технические требования (ГОСТ, ТУ, СТО и т.д.)
22	800-7703 Набор для калибровки iChem, 10x10 мл, 2x5 стрипов	Набор калибраторов CalChek (iChemVELOCITY CalChek kit)	Набор для калибровки, 10 флаконов из пластика по 10 мл, 2 пластиковые ёмкости с 5ю тест-полосоками (в каждой); предназначен для проведения калибровки автоматического анализатора для исследования физико-химических параметров мочи iChem Velocity. Набор буферных растворов, 10 по 10 мл, используется для проверки работы модуля определения удельного веса, цвета и прозрачности мочи, в составе: раствор для проверки определения удельного веса мочи, 3 флакона по 10 мл; раствор для проверки определения цвета мочи, 4 флакона по 10 мл; раствор для проверки определения прозрачности мочи, 3 флакона по 10 мл. Набор тестовых полосок iChemVELOCITY CalChek Strips, 2 по 5 штук, с фиксированными значениями коэффициента отражения, используются для проверки рефлектометра; для in vitro диагностики

2. Изменены технические требования позиции № 83 на:

№ п/п	Наименование	Марка/производитель	Технические требования (ГОСТ, ТУ, СТО и т.д.)
83	66039 Чистящий раствор	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	6 бутылей по 450мл. Очищающий раствор для специальной очистки биохимических анализаторов.

Обновленный файл таблицы А с изменениями размещен в составе документации – «Таблица А от 18.11.2019.xlsx».

18.11.2019